

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดสรรระดับเขต ๑๐%

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดสรรระดับเขต ๑๐% จำนวน ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๔๖๕,๐๐๐.-บาท(สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวปรานทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายบัญชา สรรพโส)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวอุทัย อ่อนภู)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงเพาเวอร์ ชนิดไฟฟ้า
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด)

วัตถุประสงค์การใช้งาน


เป็นเตียงสำหรับผู้ป่วย ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า

เตียง ๓ ไกร์ สามารถปรับระดับได้ ๓ STEP คือ

๑. ปรับส่วนหัวหรือปรับเอนหลังในท่านั่ง
๒. ปรับส่วนขาขึ้นลงในลักษณะงอเข้า
๓. ปรับระดับความสูงต่ำของตัวเตียง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ขนาดของเตียง กว้าง X ยาว X สูง ไม่น้อยกว่า ๑๐๖๐ X ๒๑๗๐ X (๔๓๕-๗๔๕) มม.
๒. ทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมการปรับท่าทางของเตียงด้วยรีโมท
๓. พนักหัวเตียงและท้ายเตียง ทำจากพลาสติก ABS หนา แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่าย
๔. แผ่นรองเตียง เป็นโลหะปั๊มขึ้นรูป ขนาด กว้าง ๘๐๐ มม. ยาว ๑๙๒๕ มม. รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม
๕. ราวกันตก (ยาว X สูง) ๗๒๐ X ๓๕๐ มิลลิเมตร มีตัวช็องคาเตียง ขยับขึ้นลงพร้อมเตียง สามารถพับได้
๖. ล้อเตียงล้อคอิสระทั้ง ๔ ล้อ เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ ไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว
๗. ชุด Electric Power Quality Protector and Monitoring
 - ๗.๑. ตัวอุปกรณ์ต้องหุ้มด้วยวัสดุไม่นำสื่อไฟฟ้า
 - ๗.๒. มีน้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม และสามารถยึดติดกับเสาและรถเข็นวางเครื่องได้
 - ๗.๓. มีปุ่ม Test การจ่ายกระแสไฟจากแหล่งจ่ายไฟโดยมีเสียงและสัญญาณไฟชนิด LED เพื่อยืนยันสถานะความพร้อมของแหล่งจ่ายไฟที่จะจ่ายไฟออก(Line out)
 - ๗.๔. มีสัญญาณไฟ LED แสดงเมื่อเกิด ไฟเกิน ไฟตก การจ่ายไฟและหน่วงเวลา
 - ๗.๕. สามารถตั้งหน่วงเวลาก่อนจ่ายไฟได้น้อย ๒ ช่วงเวลา คือ ไม่เกิน ๕ วินาที และ ๑ นาที ก่อนจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ (Auto restart)
 - ๗.๖. มีหน้าปัดมิเตอร์เข็มแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า ๐-๓๐๐ โวลต์ ที่วัดจากแหล่งจ่ายไฟแบบต่อเนื่อง Real Time
 - ๗.๗. สามารถตัดระบบไฟฟ้า เมื่อมีแรงดันต่ำกว่า ๑๗๕ โวลต์ และแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า ๒๖๕ โวลต์
 - ๗.๘. ความไวในการตรวจจับปัญหา ไฟติดๆ ดับๆ ไม่เกิน ๑ วินาที

๑. 

๒. 

วิมล

หญิงสุข

๓. 

คุณสมบัติ...

คุณสมบัติทางเทคนิค


๑. การปรับระดับ บริเวณที่ปักหลัง $0-75^{\circ}$ ($\pm 10^{\circ}$) บริเวณที่ปักเข้า $0-35^{\circ}$ ($\pm 10^{\circ}$)
๒. แผ่นหัวและท้ายเตียงและราวกันทำจากพลาสติก ABS สามารถฆ่าเชื้อ ที่ $100^{\circ}C$
๓. ตัวโลหะผ่านขบวนการเคลือบสีแบบ อีพ็อกซี่ (epoxy) หนา ๐.๑๒ มิลลิเมตร
๔. ล้อ TPR ผลิตจากยางเทอร์โมพลาสติก ทนทานต่ออุณหภูมิสูง มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดี
๕. มอเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพดี ความดังไม่เกิน ๕๐ เดซิเบล
๖. ระบบไฟฟ้า ๑๐๐-๒๔๐ V กระแสสลับ AC ๕๐/๖๐ Hz

อุปกรณ์เสริม

- | | | |
|---|---------|--------------|
| ๑. เสอ IV มีราวแขน ๔ ด้าน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ กก. | จำนวน ๑ | ชุด/เครื่อง |
| ๒. ตะขอโลหะสำหรับแขน (Drainage hook) | จำนวน ๒ | ชิ้น/เครื่อง |
| ๓. ที่นอน | จำนวน ๑ | ชุด/เครื่อง |

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๒. รับประกันสินค้าจากการใช้งานปกติ ๑ ปี
๓. ในระยะเวลาประกันหากเตียงมีปัญหาการใช้งาน บริษัทจะต้องมาดำเนินการแก้ไข ภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับแจ้งจากส่วนราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. ได้มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕, ISO ๙๐๐๑, CE, USFDA (ยื่นในวันเสนอราคา)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายไพริน ศรีพันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวกานดา เจริญสุข)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โรงพยาบาลคลองใหญ่

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวมนตรา กุลกัลยา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลเกาะช้าง



(นายบัญชา สรรพโต)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายการที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
๑.	เตียงผู้ป่วยเคลื่อนที่ ชนิดไฟฟ้า	๑๐ เตียง	๔๖,๕๐๐.-	๔๖๕,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				๔๖๕,๐๐๐.-

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายไพริน ศิริพันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางสาวกานดา เจริญสุข)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลคลองใหญ่

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางสาวมนตรา กุลกัลยา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลเกาะช้าง


(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดตราด

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (แบบ บก.๐๖)

- รายการ เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน ๑๐ เตียงๆ ละ ๔๖,๕๐๐.-บาท

เป็นเงิน ๔๖๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

-จัดซื้อด้วยเงิน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรระดับเขต ๑๐ %

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๖๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

- รายการ เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน ๑๐ เตียงๆ ละ ๔๖,๕๐๐.-บาท

เป็นเงิน ๔๖๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท เคพีเอ็น เมดิคอล จำกัด

๒. ร้าน ยูนิแคร์ เซอร์วิส

๓. บริษัท เอออร์ต้า เมดิคอล จำกัด

๔. บริษัท เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด

๕. บริษัท โอลิฟอุปกรณ์ทางแพทย์ จำกัด

๕.๒ จากหน่วยงาน

๑) จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ของสำนักงบประมาณ ฉบับล่าสุด (ธันวาคม ๒๕๖๓)

๒) จากบัญชีรายการครุภัณฑ์ กลุ่มงานบริหารงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตุลาคม ๒๕๖๑)

๓) สืบหาข้อมูลในการจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ทุกคน

๑) นายไพริน ศิริพันธ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ด้านบริการทางวิชาการ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

๒) นางสาวกานดา เจริญสุข

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กรรมการ

โรงพยาบาลคลองใหญ่

๓) นางสาวมนตรา กุลกัลยา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

โรงพยาบาลเกาะช้าง