

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดสรรระดับหน่วยบริการ ๗๐% กลุ่มที่ ๓ การแพทย์ทางกายภาพ จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดสรรระดับหน่วยบริการ ๗๐% กลุ่มที่ ๓ การแพทย์ทางกายภาพ จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๘๔๗,๐๐๐.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ

Link ภายนอก:ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวปราณีทิพย์ ทศรัตน์ปริยากุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายบัญชา สรรพโส)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวอุทัย อ่อนภู)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด)

๑.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

บรรเทาอาการผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากเส้นประสาทถูกกดทับจาก การแคบตัว
ลงของช่องว่างระหว่างกระดูก หรือเกิดจากการเสื่อมของหมอนรองกระดูก

๒. ความต้องการ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ (Traction) พร้อมเตียงไฟฟ้าสำหรับดึงคอและหลังแบบ ๔ ตอน

๓. คุณสมบัติทั่วไป


- ๓.๑ ใช้ในการรักษาทางกายภาพบำบัด
- ๓.๒ ใช้กับไฟฟ้า ๑๐๐-๒๔๐ โวลท์ ๕๐-๖๐ เฮิร์ซ
- ๓.๓ หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD ขนาด ไม่น้อยกว่า ๘.๕ x ๑๑๐ มม.
- ๓.๔ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (Rate Power Consumption) ๗๕ VA สิ้นเปลืองพลังงานน้อย
- ๓.๕ เครื่องดึงคอและหลังมีมาตรฐานความปลอดภัย

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๔.๑ หน้าจอแสดงรูปแบบการดึง ๘ แบบ คือ
 - A. Intermittent
 - B. Static
 - C. Progressive / Intermittent
 - D. Progressive / Static
 - E. Progressive / Regressive
 - F. Cyclic / Intermittent
 - G. Cyclic / Static
 - H. Cyclic
- ๔.๒ สามารถตั้งเวลาการรักษาได้ไม่น้อยกว่า ๑-๙๙ นาที
- ๔.๓ สามารถตั้งเวลาการดึงและการผ่อนแยกอิสระจากกัน ดังนี้
 - ๔.๓.๑ เวลาการดึงตั้งได้ ๑-๙๙ วินาที
 - ๔.๓.๒ เวลาการผ่อนได้ ๑-๙๙ วินาที
- ๔.๔ สามารถตั้งแรงดึงในการรักษาได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลกรัม
- ๔.๕ มีระบบเตือนเมื่อใช้แรงดึงด้วยน้ำหนักสูงตั้งแต่ ๑๘ กิโลกรัม ขึ้นไป
- ๔.๖ ตัวเครื่องสามารถแสดงน้ำหนักการดึง เป็นเปอร์เซ็นต์ และในรูปแบบสัดส่วน
(Set Value / Actual Value)บนหน้าจอพร้อมกันได้
- ๔.๗ สามารถตั้งขั้นในการดึง Ramp Step ได้ ๒-๙ Stepsและตั้งเวลาได้ ๒-๒๐ วินาที เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายในการรักษา
- ๔.๘ สามารถตั้งความเร็วในการดึง (Pulling Speed) ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ระดับ คือ ๑:๑,๑:๒,๑:๔,
๑:๖, และ๑:๘
- ๔.๙ ตัวเครื่องสามารถบันทึกโปรแกรมการดึงได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ รายการ
- ๔.๑๐ มีภาษาให้เลือกในการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาษา

๕. อุปกรณ์การใช้งาน

- ๕.๑ Patient Switch จำนวน ๑ ชิ้น
- ๕.๒ Spreader bar จำนวน ๑ อัน
- ๕.๓ Cervical harness จำนวน ๑ ชิ้น

๑.  ๒. นางจันทิมา วัฒนศิริ ๓. นางสาว ดิเรก ๔. รศ.ดร.กนกพร ๕. ดร.กนกพร

/๕.๔Thoracic...

๕.๔ Thoracic harness

จำนวน ๑ ชิ้น

๕.๕ Pelvic harness

จำนวน ๑ ชิ้น

๖. เตียงสำหรับดึงคอและหลังแบบ ๔ ตอน

๖.๑ เป็นเตียงสำหรับทำกายภาพบำบัดแบบ ๔ ตอน

๖.๒ ขนาดของเตียง กว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร ยาว ๒๐๐ เซนติเมตร สูง ๖๐ - ๘๕ เซนติเมตร

๖.๓ โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส หรือเหล็กกอบด้วยสี

๖.๔ เตียงรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม

๖.๕ หุ้มเบาะด้วยหนังเทียมมีความหนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๖.๖ พนักแผ่นรองหลังกรณีดึงคอสามารถปรับเงยขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ องศา

๖.๗ แผ่นพนักส่วนหัวมีรูสำหรับหายใจ และปรับเงยขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ องศา

๖.๘ ส่วนลำตัวสามารถเลื่อนได้โดยการปลดล็อก และสามารถเปิดพื้นได้เพื่อวางแผ่นร้อน

๖.๙ ตัวเตียงสามารถปรับสูง-ต่ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมการทำงานโดย Foot switch

๖.๑๐ ม้ารองขา ปรับระดับได้

๗. เงื่อนไขเฉพาะ

๗.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน หรือสาริตมาก่อน

๗.๒ มีคู่มือการใช้และการบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด

๗.๓ รับประกันคุณภาพสินค้ารวม ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับแต่วันรับมอบสินค้าครบถ้วน

๗.๔ มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ ผู้ผลิตหรือตัวแทน
ที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทย (ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา)

๗.๕ ในระยะประกันกรณีที่เครื่องมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อได้รับแจ้งจากส่วนราชการแล้ว
ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๗.๖ ผู้ขายต้องมีการตรวจบำรุง ปรับตั้งค่า พร้อมออกใบรับรอง ๑ ครั้ง/ปีเป็นอย่างน้อย ระยะเวลา ๓ ปี

๗.๗ ผู้ขายต้องมีการตรวจสอบเครื่องทุก ๖ เดือน จนหมดระยะเวลาประกันโดยลงประวัติ แบบ Online

๗.๘ มีหนังสือรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๗ ปี (ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา)

๗.๙ กรณีเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศต้องมีเอกสารรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวกาญจนา คุ่มขันธ์)

(นางสาวจินตนา ศิริทวีป)

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

โรงพยาบาลแหลมงอบ

โรงพยาบาลคลองใหญ่

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสิริโฉม เกื้อนถ้ำแก้ว)

(นางสาวจิรรัตน์ กิณนร)

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

โรงพยาบาลเขาสมิง

โรงพยาบาลบ่อไร่

(นางสาว.....)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายการที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
๑.	เครื่องดิงคอกและหลังอัดโนมัติพร้อมเตียง ปรับระดับได้	๒ เครื่อง	๓๗๕,๐๐๐.-	๗๕๐,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				๗๕๐,๐๐๐.-

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวกาญจนา คุ่มขันธ์)

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

โรงพยาบาลแหลมงอบ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวจินตนา ศิริทวีป)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

โรงพยาบาลคลองใหญ่

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสิริโฉม เกื้อนถ้ำแก้ว)

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

โรงพยาบาลเขาสมิง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวขจิรัตน์ กิณนร)

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

โรงพยาบาลบ่อไร่

.....

(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (แบบ บก.๐๖)

-รายการ เครื่องดัดคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๓๗๕,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

-จัดซื้อด้วยเงิน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรระดับหน่วยบริการ ๗๐ %

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

- รายการเครื่องดัดคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๓๗๕,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด | ๒. บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีควิปเมนต์ จำกัด |
| ๓. บริษัท วิลเมอร์ แคร่ จำกัด | ๔. บริษัท เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด |

๕.๒ จากหน่วยงาน

- ๑) จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับล่าสุด (ธันวาคม ๒๕๖๓)
- ๒) จากบัญชีรายการครุภัณฑ์ กลุ่มงานบริหารงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตุลาคม ๒๕๖๑)
- ๓) สืบหาข้อมูลในการจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ทุกคน

๑) นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	ประธานกรรมการ
๒) นางสาวกาญจนา คุ่มขันธ์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลแหลมงอบ	กรรมการ
๓) นางสาวจินตนา ศิริทวีป	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลคลองใหญ่	กรรมการ
๔) นางสาวสิริโณ เกื้อนถ้ำแก้ว	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเขาสมิง	กรรมการ
๕) นางสาวขจีรัตน์ กิณนร	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ่อไร่	กรรมการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
หม้อต้มแผ่นความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ แผ่น (พร้อมแผ่นร้อน)
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด)

.....

๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ต้มแผ่นให้ความร้อนชนิดต้นในการบำบัดรักษาเพื่อลดอาการอักเสบ ลดอาการปวด
เพิ่มการไหลเวียนโลหิต

๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ เป็นถังต้มน้ำไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิได้

๒.๒ ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ V ๕๐ Hz

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

๓.๑ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ Standard size Hot Pack

๓.๒ โครงสร้างถังเป็นสแตนเลสเกรด ๓๐๔

๓.๓ ขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า ๔๓ cm x ๗๖.๕ cm x ๗๐ cm (กว้าง x ยาว x สูง)

๓.๔ ขนาดภายในไม่น้อยกว่า ๓๔ cm x ๖๐ cm x ๕๓.๕ cm (กว้าง x ยาว x สูง)

๓.๕ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ v ๕๐ Hz ให้กำลังไฟฟ้า ๒,๐๐๐ w

๓.๖ มี Circuit breaker และฟิวส์แยกระหว่างส่วนคอนโทรลกับส่วน Heater

๓.๗ จอแสดงผล ปุ่มควบคุม และสวิตช์เปิด-ปิด อยู่ด้านหน้าส่วนบนเพื่อความสะดวกในการ
ใช้งาน สามารถปรับอุณหภูมิความร้อนในช่วง ๑ ถึง ๙๙°C

๓.๘ ควบคุมอุณหภูมิด้วย Digital Temperature control สามารถวัด อุณหภูมิในช่วง
ไม่ต่ำกว่า -๒๐๐ ถึง ๑๓๐๐°C

๓.๙ ตัวถังและฝามีฉนวนเป็นใยแก้ว เพื่อรักษาความร้อนและประหยัดพลังงาน

๓.๑๐ ตัวถังมีล้อเลื่อนไปมาเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย

๓.๑๑ มีวาล์วระบายน้ำออก เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด

๓.๑๒ มีตะแกรงเป็นสแตนเลส เกรด ๓๐๔ (สามารถถอดออกได้)

๓.๑๓ ใช้ Solid state Relay เป็นสวิตช์ควบคุมความร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่และไม่มีเสียง
ดังรบกวนขณะการทำงาน

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ ตะแกรงวางแผ่นร้อน	จำนวน ๑ อัน
๕.๒ ตะขอเกี่ยวแผ่นร้อน	จำนวน ๒ อัน
๕.๓ คู่มือการใช้งานภาษาไทย	จำนวน ๑ เล่ม
๕.๔ ชุดท่อสายยางปล่อยน้ำทิ้ง	จำนวน ๑ ชุด
๕.๕ แผ่นประคบร้อนขนาด Over size	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๖ แผ่นประคบร้อนขนาด Standard size	จำนวน ๘ แผ่น
๕.๗ แผ่นประคบร้อนขนาด Neck contour size	จำนวน ๒ แผ่น

๑.....๒. ทนายความ กัมปนาท ๓. หมอสมาน ตี๋ใหญ่ ๔. สิริโฉม เก่งพิทักษ์ ๕. ศิริรัตน์ กานทร
/๖ เงื่อนไขเฉพาะ...

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
- ๖.๒ รับประกันคุณภาพสินค้ารวม ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันรับมอบสินค้าครบถ้วน
- ๖.๓ มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทย (ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา)
- ๖.๔ ในระยะประกันกรณีที่เครื่องมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อได้รับแจ้งจากส่วนราชการแล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- ๖.๕ ผู้ขายต้องมีการตรวจสอบเครื่องทุก ๖ เดือน
- ๖.๖ มีหนังสือรับรองอะไหล่ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี (ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา)
- ๖.๗ กรณีเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศต้องมีเอกสารรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวกาญจนา คุ่มขันธ์)
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
โรงพยาบาลแหลมงอบ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวจินตนา ศิริทวีป)
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
โรงพยาบาลคลองใหญ่


(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวสิริโฉม เกื้อนถ้ำแก้ว)
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
โรงพยาบาลเขาสมิง



(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวจิรรัตน์ กิณนร)
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
โรงพยาบาลบ่อไร่



(นายบัญชา สรรพโส)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด


ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายการที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
๑.	หม้อต้มแผ่นความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ แผ่น (พร้อมแผ่นร้อน)	๑ เครื่อง	๙๗,๐๐๐.-	๙๗,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				๙๗,๐๐๐.-

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).......... กรรมการ (ลงชื่อ).......... กรรมการ
(นางสาวกาญจนา คุ่มขันธ์) (นางสาวจันทนา คีรีทวีป)
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
โรงพยาบาลแหลมงอบ โรงพยาบาลคลองใหญ่

(ลงชื่อ).......... กรรมการ (ลงชื่อ).......... กรรมการ
(นางสาวสิริโฉม เอื้อนถ้ำแก้ว) (นางสาวจิรรัตน์ กิณนร)
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
โรงพยาบาลเขาสมิง โรงพยาบาลบ่อไร่


(นายบัญชา สรรพโส)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (แบบ บก.๐๖)

-รายการ หม้อต้มแผ่นความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ แผ่น (พร้อมแผ่นร้อน)
จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๙๗,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลเขาสมิง
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๙๗,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จัดซื้อด้วยเงิน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วยบริการ
ภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรระดับหน่วยบริการ ๗๐ %

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

- รายการหม้อต้มแผ่นความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ แผ่น (พร้อมแผ่นร้อน) จำนวน ๑ เครื่อง
จำนวนเงิน ๙๗,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท มาร์ธา กรุป จำกัด
๒. บริษัท วิลเมอร์ แคร่ จำกัด

๕.๒ จากหน่วยงาน

- ๑) จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับล่าสุด (ธันวาคม ๒๕๖๓)
- ๒) จากบัญชีรายการครุภัณฑ์ กลุ่มงานบริหารงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตุลาคม ๒๕๖๑)
- ๓) สืบหาข้อมูลในการจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ทุกคน

๑) นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	ประธานกรรมการ
๒) นางสาวกาญจนา คุ่มขันธ์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลแหลมงอบ	กรรมการ
๓) นางสาวจินตนา ศิริทวีป	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลคลองใหญ่	กรรมการ
๔) นางสาวสิริโฉม เกื้อนถ้ำแก้ว	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเขาสมิง	กรรมการ
๕) นางสาวขจีรัตน์ กิณนร	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ่อไร่	กรรมการ