

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดสรรระดับหน่วยบริการ ๗๐% กลุ่มที่ ๔ การแพทย์ทางทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดสรรระดับหน่วยบริการ ๗๐% กลุ่มที่ ๔ การแพทย์ทางทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงิน ๘๘,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ

Link ภายนอก:ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง




(นายบัญชา สรรพโส)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวอุทัย อ่อนฤ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน  
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด)

.....

๑.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อให้บริการทางทันตกรรม สามารถใช้ปั่นสารอุดฟัน ประเภทอมัลกัม แบบแคปซูลได้ทุกชนิด

๒.คุณสมบัติทั่วไป

- ๒.๑ เป็นระบบ Solid State
- ๒.๒ ความเร็วของการสั่นสม่ำเสมอ
- ๒.๓ ความเร็วของการสั่นไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที
- ๒.๔ มีหน้าปัดบอกเวลาทำงานของเครื่อง พร้อมที่ตั้งเวลาทำงานแบบอัตโนมัติ
- ๒.๕ มีแคปซูลพร้อมลูกปืน จำนวน ๒ ชุด
- ๒.๖ มีสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง
- ๒.๗ มีระบบป้องกันโอเวอร์โหลด
- ๒.๘ มีระบบกันสะเทือนของชุดปั่นผสมสารอุดฟัน
- ๒.๙ ขณะเครื่องทำงานตัวเครื่องต้องไม่เคลื่อนที่

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
- ๓.๒ มีคู่มือการใช้และการบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๓ รับประกันคุณภาพสินค้ารวม ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันรับมอบสินค้าครบถ้วน
- ๓.๔ มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทย (ยื่นในวันเสนอราคา)
- ๓.๕ กรณีเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศต้องมีเอกสารรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ยื่นในวันเสนอราคา)
- ๓.๖ ในระยะประกันกรณีที่เครื่องมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อได้รับแจ้งจากส่วนราชการแล้วผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสุรัชย์ เจริญกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวณัฏฐภรณ์ วิรุศมณัฏฐพร)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวอินทิรา อินทรประสงค์)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลคลองใหญ่


(นายบัญชา สรรพโกล)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด


ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด


ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายการที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
๑.	เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	๑ เครื่อง	๑๒,๐๐๐.-	๑๒,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)				๑๒,๐๐๐.-

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ  
(นายสุรชัย เจียมกุล)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....  กรรมการ  
(นางสาวณัฏฐภรณ์ วิรุศม์ธนะพร)  
ทันตแพทย์ชำนาญการ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....  กรรมการ  
(นางสาวอินทิรา อินทรประสงค์)  
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลคลองใหญ่

  
(นายบัญชา สรรพโธ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (แบบ บก.๐๖)

-รายการ เครื่องปั้นและผสมสารอุดฟัน จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.-บาท  
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
-จัดซื้อด้วยเงิน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วย  
บริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรระดับหน่วยบริการ ๗๐ %

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

- รายการ เครื่องปั้นและผสมสารอุดฟัน จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท ทันตสยาม จำกัด

๒. บริษัท ทีเอ็มดี เมดิคอล จำกัด

๓. บ.เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด

๔. บ.สกายเด็น

๕.๒ จากหน่วยงาน

๑) จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะสิ่งของของสำนักงบประมาณ ฉบับล่าสุด  
(ธันวาคม ๒๕๖๓)

๒) จากบัญชีรายการครุภัณฑ์ กลุ่มงานบริหารงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(ตุลาคม ๒๕๖๑)

๓) สืบหาข้อมูลในการจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ทุกคน

๑) นายสุรัชย์ เจียมกุล

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ  
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

๒) นางสาวณัฏฐภรณ์ วิรุศม์ธนะพร

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กรรมการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

๓) นางสาวอินทิรา อินทรประสงค์

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

โรงพยาบาลคลองใหญ่

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องชุดหินปูน แบบ Electro Magnetic  
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด)

.....

๑. ความต้องการ

เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้ามีอุปกรณ์ประกอบและคุณลักษณะตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในการบริการทันตกรรมด้านการชุดหินปูน

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์

๓.๒ สามารถต่อท่อน้ำจากยูนิททำฟัน โดยต่อกับ Coupling น้ำของยูนิททำฟัน และจากถังบรรจุน้ำ (๒ระบบ)

๓.๓ มีตัววางเครื่องชุดหินปูนได้ มีล้อเลื่อนพร้อมเบรคล็อก ตัวตู้ทำด้วยไม้บุโฟมก้ำทั้งภายในและภายนอก หรือโลหะเคลือบสีป้องกันสนิม

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ Hand Piece ด้ามชุดหินปูนและวงจรของตัวเครื่อง เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเดียวกัน

๔.๒ Hand Piece ของเครื่องชุด มี Transducer เป็นแบบ Electromagnetic

๔.๓ ความถี่ในการสั่นไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ รอบ/วินาที

๔.๔ มีสวิตช์เปิด-ปิดที่ตัวเครื่อง

๔.๕ สามารถปรับความแรงของการสั่น และปริมาณน้ำได้ตามความต้องการ

๔.๖ มีสวิตช์เท้า ๑ ตัว ควบคุมการทำงานของ Hand Piece

๔.๗ มี Solinoid Valve ควบคุมการไหลของน้ำ

๔.๘ สามารถใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานได้โดย Hand Piece และเครื่องไม่ร้อนผิดปกติ ในลักษณะการใช้งานปกติ

๔.๙ ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม (ALUMINIUM) เคลือบสี

๔.๑๐ มีที่พักหัวชุดติดอยู่ที่ตัวเครื่อง

๔.๑๑ มีถังเป็นถังจุน้ำ ความจุไม่น้อยกว่า ๑ แกลลอน ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม และติดตั้งในระบบมอเตอร์ส่งน้ำเข้าเครื่อง เป็นระบบไฟฟ้าใช้ไฟไม่เกิน ๑๒ โวลต์

๔.๑๒ มี Filter กรองน้ำก่อนเข้า Solinoid Valve เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อน้ำในเครื่องได้เป็นอย่างดี

๔.๑๓ มีหลอดไฟสีเป็นตัวแสดงให้เห็นเมื่อเครื่องทำงาน

๔.๑๔ มีลิ้นชักสำหรับเก็บอุปกรณ์

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ มีคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย ๑ ชุด

๕.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๓ รับประกันคุณภาพสินค้ารวม ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันรับมอบสินค้าครบถ้วน

๕.๔ มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทย (ยื่นในวันเสนอราคา)

๕.๕ กรณีเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศต้องมีเอกสารรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ยื่นในวันเสนอราคา)

๑.....๒.....๓.....

/๕.๖ ในระยะประกัน...

๕.๖ ในระยะประกันกรณีที่เครื่องมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อได้รับแจ้งจากส่วนราชการแล้ว  
ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสุรัชย์ เจริญกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(นางสาวอินทิรา อินทรประสงค์)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลคลองใหญ่


(นายบัญชา สรรพโล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด


ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด


ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายการที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
๑.	เครื่องชุดหินปูน Electro Magnetic	๒ เครื่อง	๒๕,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน (ห้าหมื่นบาทถ้วน)				๕๐,๐๐๐.-

(ลงชื่อ).....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายสุรัชย์ เจียมกุล)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....  ..... กรรมการ  
(นางสาวณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร)  
ทันตแพทย์ชำนาญการ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....  ..... กรรมการ  
(นางสาวอินทิรา อินทรประสงค์)  
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลคลองใหญ่

  
(นายบัญชา สรรพโต)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

**๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (แบบ บก.๐๖)

-รายการ เครื่องชุดหินปูน แบบ Electro Magnetic จำนวน ๒ เครื่องละ ๒๕,๐๐๐.-บาท  
รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

**๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด**

**๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)**

-จัดซื้อด้วยเงิน งบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรระดับหน่วยบริการ ๗๐ %

**๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔**

- รายการ เครื่องชุดหินปูน แบบ Electro Magnetic จำนวน ๒ เครื่องละ ๒๕,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน  
๕๐,๐๐๐.-บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

**๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

**๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด**

๑. บริษัท ทันตสยาม จำกัด ๒. บริษัท ทีเอ็มดี เมดิคอล จำกัด ๓. บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.) จำกัด

๔. บ.เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด ๕. บ.สกายเด็น

**๕.๒ จากหน่วยงาน**

๑) จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ของสำนักงบประมาณ ฉบับล่าสุด  
(ธันวาคม ๒๕๖๓)

๒) จากบัญชีรายการครุภัณฑ์ กลุ่มงานบริหารงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(ตุลาคม ๒๕๖๑ )

๓) สืบหาข้อมูลในการจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี

**๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ทุกคน**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| ๑) นายสุรัชย์ เจียมกุล        | นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ<br>(ด้านส่งเสริมพัฒนา)<br>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด |
| ๒) นางสาวณภัสภรณ์ วิรุศมณัชร  | ทันตแพทย์ชำนาญการ กรรมการ<br>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   |
| ๓) นางสาวอินทิรา อินทรประสงค์ | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ<br>โรงพยาบาลคลองใหญ่   |



รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องดูดน้ำลายเคลื่อนที่  
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด)

๑.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อให้บริการทางทันตกรรมในหน่วยเคลื่อนที่ และบริการเสริมกับยูนิตทำฟัน

๒.คุณสมบัติทั่วไป

- ๒.๑ สามารถปรับแรงดูดได้ ๐-๗๐๐ มิลลิเมตรปรอท โดยปุ่มปรับทุกช่วงตามต้องการ โดยมีมาตรวัด
- ๒.๒ มีขวดพักของเหลว ความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร จำนวน ๒ ขวด ถอดทำความสะอาดง่าย
- ๒.๓ มีลูกกลอย สำหรับป้องกันของเหลวล้นเข้าเครื่อง
- ๒.๔ ที่วางขวดมีลิ้นชักเก็บมิดชิด ขณะใช้งาน
- ๒.๕ ด้ามดูดสามารถใส่หัวดูดแรงสูงได้
- ๒.๖ ท่อดูดเป็น PVC สีขุน หรือใส อ่อนตัวได้ดี
- ๒.๗ ด้ามดูดสามารถใส่ท่อแรงสูง และมีข้อต่อสำหรับดูดเป็น Saliva Ejector ได้
- ๒.๘ มีที่ปักด้ามดูดเป็น Automatic สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อยกด้าม

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
- ๓.๒ มีคู่มือการใช้และการบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๓ รับประกันคุณภาพสินค้ารวม ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันรับมอบสินค้าครบถ้วน
- ๓.๔ มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ ผู้ผลิตหรือตัวแทน  
ที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทย (ยื่นในวันเสนอราคา)
- ๓.๕ กรณีเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศต้องมีเอกสารรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์  
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ยื่นในวันเสนอราคา)
- ๓.๖ ในระยะประกันกรณีที่เครื่องมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อได้รับแจ้งจากส่วนราชการแล้ว  
ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสุรัชย์ เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวณภัสภรณ์ วิรุศมธน์ขพร)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ


(นางสาวอินทิรา อินทรประสงค์)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ


โรงพยาบาลคลองใหญ่


ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


รายการที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
๑.	เครื่องดูดน้ำลายเคลื่อนที่	๑ เครื่อง	๒๖,๐๐๐.-	๒๖,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)				๒๖,๐๐๐.-

(ลงชื่อ).....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายสุรัชย์ เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....  ..... กรรมการ  
(นางสาวณัฏฐภรณ์ วิรุศม์ธัญพร)  
ทันตแพทย์ชำนาญการ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....  ..... กรรมการ  
(นางสาวอินทิรา อินทรประสงค์)  
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลคลองใหญ่

.....  ..... (นายบัญชา สรรพโส)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

**๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (แบบ บก.๐๖)

-รายการ เครื่องดูดน้ำลายเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐.-บาท  
(สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

**๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด**

**๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)**

-จัดซื้อด้วยเงิน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรระดับหน่วยบริการ ๗๐ %

**๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔**

- รายการเครื่องดูดน้ำลายเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

**๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

**๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด**

๑. หจก. ภัทรกานต์ ซัพพลาย
๒. บ.เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด
๓. บ.สกายเด็น

**๕.๒ จากหน่วยงาน**

๑) จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ของสำนักงบประมาณ ฉบับล่าสุด  
(ธันวาคม ๒๕๖๓)

๒) จากบัญชีรายการครุภัณฑ์ กลุ่มงานบริหารงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(ตุลาคม ๒๕๖๑ )

๓) สืบหาข้อมูลในการจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี

**๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ทุกคน**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| ๑) นายสุรัชย์ เจียมกุล         | นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ<br>(ด้านส่งเสริมพัฒนา)<br>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด |
| ๒) นางสาวณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนะพร | ทันตแพทย์ชำนาญการ กรรมการ<br>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   |
| ๓) นางสาวอินทิรา อินทรประสงค์  | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ<br>โรงพยาบาลคลองใหญ่   |