

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้รับอนุมัติงบประมาณระดับจังหวัด ๒๐% รายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางรักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ รายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางรักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารที่แนบ

Link ภายนอก: ๑. <http://www.trathealth.com/index.php?name=admin&file=newstender>

๒. <http://www.oic.go.th/infocenter๒๗/๒๗๗๓/#>

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายชนะวัฒน์ วงศ์ผืน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด  
ตำแหน่ง

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางวิภา หมัดลิ่ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑ ต่อ๔๔๑  
ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๕๐๒ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบบาราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  
ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

### ๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๕๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด  
คุณลักษณะเฉพาะและสืบบาราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพ  
พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อบริเวณศูนย์กลางรักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐.- บาท  
(หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลบ่อไร่ ด้วยเงินงบประมาณ  
ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงาน  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรระดับจังหวัด ๒๐% นั้น (เอกสาร ๑)

### ๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบบาราคากลางงานจัดซื้อดังกล่าว  
ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบบาราคากลางเรียบร้อยแล้ว ผลการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา  
ตามรายละเอียดแนบท้าย ดังนี้

๒.๑ แหล่งที่มาของราคากลางมาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบ  
ราคาที่ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ และเพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซื้อ  
มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยสืบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ดังนี้

- ๑) บริษัท เคพีเอ็น เมดิคอล จำกัด
- ๒) บริษัท เออร์ต้า เมดิคอล จำกัด
- ๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็มแอล เมด เทค

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา  
จากท้องตลาด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และผู้รับบริการ เป็นสำคัญ

๒.๒ ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๖๔๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง  
เท่ากับวงเงินงบประมาณ

๒.๓ คณะกรรมการฯ มีมติให้ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะ  
หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ (๑)

### ๓.ข้อระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มาตรา ๔ กำหนดนิยามคำว่า “ราคากลาง” ไว้ดังนี้

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ยื่นข้อเสนอ  
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

/ (๑) ราคาที่ได้มา...

- (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
- (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ตาม (๑) ในกรณีที่ไม่มียุทธวิธีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานงานของรัฐเป็นสิ่งสำคัญ

๓.๒ มาตรา ๙ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

๓.๓ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการจัดซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย และข้อ ๒๑ วรรคสี่ องค์กรประกอบ ระยะเวลาการพิจารณาและการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และสองให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

๓.๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ (๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดีเพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

๓.๕ ตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ไว้ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓.๖ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ กรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

๓.๗ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งมอบอำนาจให้แก่องค์กรผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผนวก ฉ. ข้อ ๑ (๑.๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ (อำนาจการสูง) ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑) ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ  
ที่คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒) เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศ  
ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด



(นางวิภา หมดลัง)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


เจ้าหน้าที่




(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



- อนุมัติ



(นายธนะวัฒน์ วงศ์พันธ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑ ต่อ ๔๔๑  
ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๔๙๗ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  
ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

### ๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๕๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ  
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องติดตาม  
สัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในโรงพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อบริษัทยาเภสัชภัณฑ์กลางรักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน  
๖๔๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลปอไร่  
ด้วยเงินงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน่วยบริการภาครัฐสังกัด  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรระดับจังหวัด ๒๐% นั้น (เอกสาร ๑)

### ๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าและคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางงานจัดซื้อดังกล่าว  
ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางเรียบร้อยแล้ว ผลการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา  
ตามรายละเอียดแนบท้าย ดังนี้ (เอกสาร ๒)

๒.๑ แหล่งที่มาของราคากลางมาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบ  
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ และเพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซื้อ  
มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยสืบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ดังนี้

- ๑) บริษัท เคพีเอ็น เมดิคอล จำกัด
- ๒) บริษัท เออร์ต้า เมดิคอล จำกัด
- ๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็มแอล เมด เทค

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา  
จากท้องตลาด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และผู้รับบริการ เป็นสำคัญ

๒.๒ ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง  
เท่ากับวงเงินงบประมาณ

๒.๓ คณะกรรมการฯ มีมติให้ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่ยื่นราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะ  
หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ (๑)

### ๓.ข้อระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มาตรา ๔ กำหนดนิยามคำว่า “ราคากลาง” ไว้ดังนี้ (เอกสาร ๓)

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ  
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

/ (๑) ราคาที่ได้มา...

- (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- (๒) ราคาที่ได้มาจากรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
- (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ตาม (๑) ในกรณีที่ไม่มียุทธวิธีตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานงานของรัฐเป็นสำคัญ

๓.๒ มาตรา ๙ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้ชื่อของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ (เอกสาร ๔)

๓.๓ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการจัดซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย และข้อ ๒๑ วรรคสี่ องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณาและการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และสองให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม (เอกสาร ๕)

๓.๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ (๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดีเพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (เอกสาร ๖)

๓.๕ ตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ไว้ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เอกสาร ๗)

๓.๖ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ กรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ (เอกสาร ๘)

๓.๗ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผนวก ฉ. ข้อ ๑ (๑.๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ (อำนวยการสูง) ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (เอกสาร ๙)

**๔. ข้อพิจารณา**

เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” คณะกรรมการฯ จึงใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจากการสืบราคาจากท้องตลาด จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรระดับจังหวัด ๒๐% จัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

**๕. ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลาง ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายสุรชัย เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสุรียพร โตสติ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลบ่อไร่

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวจิรภาส เทพจันทร์)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โรงพยาบาลบ่อไร่

(นายชนะวัฒน์ วงศ์ผืน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางรักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดสรรระดับจังหวัด ๒๐%

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่...๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖.....

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท เคพีเอ็น เมดิคอล จำกัด
๒. บริษัท เออร์ต้า เมดิคอล จำกัด
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็มแอล เมด เทค

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑) นายสุรัชย์ เจียมกุล	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	ประธานกรรมการ
๒) นางสุรีย์พร โตสติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓) นางสาวจิรภาส เทพจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล**  
**เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางรักษาทางไกล**  
**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด**

**๑. ความต้องการ**

เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

**๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

ใช้ตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพของผู้ป่วยบนรถฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดอัตราการเสียชีวิตสำหรับงานกาแพทย์ฉุกเฉิน โดยสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานได้

**๓. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค**

**๓.๑ ภาคแสดงผล (Display)**

๓.๑.๑ หน้าจอเป็นชนิด Color LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว โดยวัดทางเส้นทแยงมุมความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ x ๖๐๐ pixels

๓.๑.๒ สามารถแสดงรูปคลื่นต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องสัญญาณ

๓.๑.๓ สามารถแสดงความเร็วของรูปคลื่นได้ไม่น้อยกว่าดังนี้ ๖.๒๕, ๑๒.๕, ๒๕, ๕๐ มิลลิเมตร/วินาที

**๓.๒ ภาคกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillation)**

๓.๒.๑ รูปคลื่นกระแสไฟฟ้าเป็นแบบ Truncated exponential biphasic พร้อมระบบ Impedance Compensation

๓.๒.๒ สามารถเลือกพลังงานได้ตั้งแต่

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๓๐, ๕๐, ๗๐, ๑๐๐, ๑๕๐, ๑๗๐, ๒๐๐, ๓๐๐, ๓๖๐ จูลส์

๓.๒.๓ ใช้เวลาในการชาร์จพลังงานไม่มากกว่า ๕ วินาที ที่พลังงาน ๒๐๐ จูลส์ และไม่มากกว่า ๘ วินาที ที่พลังงาน ๓๖๐ จูลส์ โดยใช้แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็ม

๓.๒.๔ มีระบบ Synchronous Cardioversion

๓.๒.๕ มีระบบ AED แนะนำให้ทำการกระตุกหัวใจพร้อมเสียงพูดตามข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ

**๓.๓ ภาคติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Monitoring)**

๓.๓.๑ สามารถแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ ลีด ได้บนหน้าจอของตัวเครื่อง


๓.๓.๒ มีระบบป้องกันอันตรายจากการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (defibrillator proof)

๓.๓.๓ สามารถตรวจจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติ (Arrhythmia) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๓ ชนิด

๓.๓.๔ สามารถเลือกปรับความไวสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๕ ระดับคือ ๐.๒๕, ๐.๕, ๑, ๒ และ ๔ cm/mV

๓.๓.๕ สามารถแสดงอัตราการเต้นของหัวใจในช่วงไม่น้อยกว่า ๑๕-๓๐๐ ครั้งต่อนาที

๓.๓.๖ สามารถเรียกดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ ลีด ย้อนหลังได้

..........ประธานกรรมการ ..........กรรมการ ..........กรรมการ

๓.๔ ภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ

- ๓.๔.๑ รูปคลื่นสัญญาณเป็นแบบ Monophasic square wave pulse
- ๓.๔.๒ ความกว้างของสัญญาณไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิวินาที
- ๓.๔.๓ สามารถปรับกระแสได้ในช่วงไม่น้อยกว่า ๐-๒๐๐ มิลลิแอมแปร์
- ๓.๔.๔ สามารถปรับอัตราการกระตุ้นได้ในช่วงไม่น้อยกว่า ๔๐ -๑๗๐ ครั้งต่อนาที
- ๓.๔.๕ มีปุ่ม ๔:๑ หรือ ๑:๔ ไว้มัดเพื่ออัตราการเต้นของหัวใจผู้ป่วยจริง

๓.๕ ภาควัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด

- ๓.๕.๑ สามารถวัดค่าได้ในช่วงไม่น้อยกว่า ๑-๑๐๐% และซีพจรได้ในช่วงไม่น้อยกว่า ๒๕-๒๕๐ ครั้งต่อนาที
- ๓.๕.๒ สามารถตั้งสัญญาณเตือนได้

๓.๖ ภาควัดความดันโลหิตแบบภายนอก

- ๓.๖.๑ ใช้เทคนิคแบบ Oscillometric
- ๓.๖.๒ สามารถแสดงค่า Systolic, Diastolic, Mean ได้พร้อมกันบนจอภาพ
- ๓.๖.๓ สามารถเลือกรูปแบบในการวัดทั้งแบบ Manual , Auto ,Stat mode
- ๓.๖.๔ สามารถตั้งสัญญาณเตือนได้

๓.๗ สามารถวัดอัตราการหายใจและอุณหภูมิร่างกายได้

๓.๘ สามารถพิมพ์ผลข้อมูลได้ด้วยกระดาษความร้อน (Thermal Printer) ได้ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องสัญญาณ และปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับดังนี้ ๖.๒๕, ๑๒.๕, ๒๕, ๕๐ มิลลิเมตรต่อวินาที

๓.๙ สามารถรับส่งข้อมูลไปแสดงยังชุดศูนย์กลางผ่านคลื่นโทรศัพท์มือถือทั่วไปได้ทั้งระบบ Edge หรือ ๓G ตามแต่ความพร้อมของโครงข่ายระบบโทรศัพท์มือถือในพื้นที่นั้นๆ ได้

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน (ต่อเครื่อง)

๔.๑ ๓/๕ Lead ECG Cable with Leadwire	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒ ๑๐ Lead ECG Cable with Leadwire	จำนวน ๑ ชุด
๔.๓ BP Cuff	จำนวน ๑ อัน
๔.๔ Air Hose	จำนวน ๑ เส้น
๔.๕ Finger Probe / Extension Cable	จำนวน ๑ ชุด

๕. เงื่อนไขพิเศษ

๕.๑ ผู้ขายจะต้องรับรองว่า สินค้าที่จำหน่ายและส่งมอบให้กับหน่วยงานเป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน

๕.๒ รับประกันตัวเครื่องพร้อมระบบ ๒ ปี และอุปกรณ์เซนเซอร์ชนิดใช้น้ำ ๑ ปี นับตั้งแต่ส่งมอบและตรวจรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อย

๕.๓ ภายในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายจะต้องรับรองว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการบำรุงรักษา (Maintenance) ทุกๆ ๔ เดือน

๕.๔ มีหนังสือรับรองอะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต ๕ ปี

๕.๕ มีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานที่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต ดำเนินการติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมทั้งสอนการใช้งานจนกว่าผู้ใช้จะสามารถใช้งานได้

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ .....กรรมการ

๕.๕ ในระยะประกันกรณีที่เครื่องมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อได้รับแจ้งจากส่วนราชการแล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถ้าแก้ไขแล้วถึง ๓ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๖ ผู้ขายจะต้องรับรองว่าจะมีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขาของผู้ผลิต ในประเทศไทยให้สามารถจำหน่ายสินค้าดังกล่าวได้

๕.๗ ผู้ขายจะต้องรับรองว่า มีเอกสารแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้า ดังกล่าวได้ มาแสดงประกอบการพิจารณาในการยื่นเสนอราคา .

๕.๘ กรณีเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศต้องมีเอกสารรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

๕.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาตรฐานสากล

๕.๑๐ ในระยะประกันกรณีที่เครื่องมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อได้รับแจ้งจากส่วนราชการแล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถ้าแก้ไขแล้วถึง ๓ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๑๑ สัญญาการเชื่อมต่อเครือข่ายสามารถรับส่งข้อมูลไปยังแม่ข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายสุรชัย เจียมกุล)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสุรีย์พร โตสดี)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลบ่อไร่

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวจิรภาส เทพจันทร์)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลบ่อไร่

  
(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผั่น)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด


ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด


รายการ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
๑	เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่อง กระตุ้นหัวใจในโรงพยาบาลเพื่อ เชื่อมต่อระบบศูนย์กลางรักษาทางไกล	๑ เครื่อง	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐

(หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายสุรัชย์ เจียมกุล)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสุรีย์พร ไตสดี)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลบ่อไร่

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวจิรภาส เทพจันทร์)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลบ่อไร่

  
(นายอนันต์วัฒน์ วงศ์มัน)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลาง  
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ  
ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๕๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมยุทธนาวิเกาะช้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

๑) นายสุรชัย เจียมกุล	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	ประธานกรรมการ
๒) นางสาวสุรีย์พร โตสติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ่อไร่	กรรมการ
๓) นางสาวจิรภาส เทพจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ่อไร่	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑) นางวิภา หมดลิ่ง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	เจ้าหน้าที่
๒) นางสาวอุมาพร กนกอังกูร	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรชัย เจียมกุล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมมีวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานแจ้งว่า ขอเชิญคณะกรรมการมาร่วมกันประชุมพิจารณา กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๕๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรระดับจังหวัด ๒๐% รายละเอียดตามแนบ

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา**

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางงานจัดซื้อดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางเรียบร้อยแล้ว ผลการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๒.๑ แหล่งที่มาของราคากลางมาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาจากผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ และเพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยสืบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ดังนี้

- ๑) บริษัท เคพีเอ็น เมดิคอล จำกัด
- ๒) บริษัท เอออร์ต้า เมดิคอล จำกัด
- ๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็มแอล เมด เทค

/ตามพระราชบัญญัติ...

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และผู้รับบริการ เป็นสำคัญ

๒.๒ ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณ

๒.๓ คณะกรรมการฯ มีมติให้ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะ หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ (๑)

### มติในที่ประชุม

เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” คณะกรรมการฯ จึงใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจากการสืบราคาจากท้องตลาด จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรระดับจังหวัด ๒๐% จัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....

(นางวิภา หมดลิ่ง)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายสุรชัย เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุรีย์พร โตสดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลบ่อไร่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจิรภาส เทพจันทร์)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โรงพยาบาลบ่อไร่

รายชื่อคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสีราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
 คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๕๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖  
 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  
 เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
๑	นายสุรชัย เจียมกุล	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	
๒	นางสุรีย์พร โตสดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ่อไร่	
๓	นางสาวจิรภาส เทพจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	โรงพยาบาลบ่อไร่	
๔	นางวิภา หมัดลิ่ง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	
๕	นางสาวอุมมาพร กนก้องกูร	นักวิชาการพัสดุ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	